

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H

HALTEN SIE DIESEN BEIPACKZETTEL IMMER GRIFFBEREIT UND LESEN SIE IHN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH. WENN ES IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM GERÄT ZU EINEM SCHWEREN ZWISCHENFALL ODER BEINAHEUNFALL GEKOMMEN IST, MELDEN SIE DIES BITTE UMGEHEND DEM HERSTELLER ODER DEM BEVOLLMÄCHTIGTEN UND IHRER LOKALEN AUFSICHTSBEHÖRDE.

ZWECKBESTIMMUNG

Die HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H ist eine Waschlösung zur Verwendung mit dem HA-8190V, der für die quantitative Messung von HbA1c vorgesehen ist. Nur zur *In-vitro*-Diagnose und professionellen Verwendung.

ZUSAMMENFASSUNG UND PRINZIP

Die Messung von stabilem HbA1c ist bei der Diagnose und Behandlung von Diabetes und der Beobachtung von diabetischen Zuständen sehr nützlich. Der HA-8190V misst den HbA1c-Wert im Blut mittels Umkehrphasen-Kationenaustausch-Chromatographie. Die mit Hämolyseerlösung verdünnte Blutprobe wird in die Säule geleitet, wodurch die Blutprobe auf der Basis von Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (engl.: high performance liquid chromatography, HPLC) in mehrere Hämoglobinkomponenten fraktioniert wird.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt enthält als Konservierungsstoff weniger als 0,02% schleimhautreizendes Natriumazid (NaN₃).
- Natriumazid kann mit Kupfer oder Blei reagieren, dabei entstehen potenziell explosive Metallazide.
- Natriumazid kann mit Säure reagieren, dabei entsteht toxisch-explosive Stickstoffwasserstoffsäure.
- Um zu verhindern, dass Reste von Proben in der Wasserleitung reagieren, müssen diese Materialien vor dem Entsorgen mit reichlich Wasser gespült werden.
- Wenn Ihre Augen oder Ihr Mund mit diesem Produkt in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Ihre Haut mit der Lösung in Berührung kommt, mit viel Wasser spülen.
- Entsorgen Sie Flüssigabfall mit Blutproben entsprechend lokalen Vorschriften für biologisch gefährlichen Abfall.

VORSICHTSHINWEISE

- Nur zur *In-vitro*-Diagnose.
- Dieses Produkt ist nur für den HA-8190V geeignet. Verwenden Sie es NICHT mit anderen Instrumenten. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.
- Bei Lagerungen dieses Produkts an einem kühlen Ort, beispielsweise im Kühlschrank, sollten Sie vor dem Einsetzen in das Gerät mindestens eine Stunde warten, bis sie sich der Umgebungstemperatur des Geräts angepasst haben.
- Verwenden Sie die Flasche für die Hämolyseerlösung NICHT über das Verfallsdatum hinaus.
- Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung und auf dem Aufkleber an der Flasche.
- Platzieren Sie die Flasche für die Hämolyseerlösung in der dafür vorgesehenen Position auf der Reagenzienkonsole und befestigen Sie die Flaschenkappe mit Ansaugstutzen für die Hämolyseerlösung.
- Ersetzen Sie die Flasche für die Hämolyseerlösung durch eine neue, auch wenn kleine Mengen der Lösung übrig sind.
- Das Hinzufügen von neuer Lösung in eine alte Flasche kann zu ungenauen Analyseergebnissen führen.
- Gehen Sie mit diesem Produkt immer vorsichtig um.
- Vermeiden Sie Erschütterungen und Stöße.

MESSVERFAHREN

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

LAGERUNG

- Lagern Sie ungeöffnete Flaschen für die Hämolyseerlösung bei einer Temperatur zwischen 3 °C und 30 °C und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Verbrauchen Sie die Hämolyseerlösung innerhalb eines Monats nach dem Öffnen, auch wenn das Verfallsdatum noch nicht erreicht ist.
- Entnehmen Sie die Flasche für die Hämolyseerlösung aus dem Instrument, wenn Sie es eine Woche oder länger nicht nutzen werden. Verschließen Sie sie anschließend dicht und lagern Sie sie bei einer Temperatur zwischen 3 °C und 30 °C, um Verfall oder Konzentration der Flüssigkeit zu vermeiden.

ENTHALTENE MATERIALIEN

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION 90H: 2 L x 3 Flaschen/Verpackung, Phosphat-gepufferte grenzflächenaktive Substanz.

Materialien der Flasche:

Flasche aus Polyethylen (PE), Kappe aus Polypropylen (PP)

ERFORDERLICHES, ABER NICHT MITGELIEFERTES MATERIAL

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

PROBENNAHME UND LAGERUNG

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.

QUALITÄTSKONTROLLE

Beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ansprechpartner für technische Hilfe
[TEL: +31-20-545-24-50]

