

DILUENT 90

HALTEN SIE DIESEN BEIPACKZETTEL IMMER GRIFFBEREIT UND LESEN SIE IHN VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS SORGFÄLTIG DURCH. WENN ES IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEM GERÄT ZU EINEM SCHWEREN ZWISCHENFALL ODER BEINAHEUNFALL GEKOMMEN IST, MELDEN SIE DIES BITTE UMGEHEND DEM HERSTELLER ODER DEM BEVOLLMÄCHTIGTEN UND IHRER LOKALEN AUFSICHTSBEHÖRDE.

ZWECKBESTIMMUNG

DILUENT 90 ist für die Verdünnung von handelsüblichen Kontrollmaterialien zur Verwendung mit dem HA-8190V bestimmt, der für die quantitative Messung von HbA1c vorgesehen ist. DILUENT 90 ist auch für die Verdünnung von Vollblutproben bestimmt. Nur zur *In-vitro*-Diagnose und professionellen Verwendung.

WARNHINWEISE

- Wenn Ihre Augen oder Ihr Mund mit DILUENT 90 in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit viel Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Wenn Ihre Haut mit der Lösung in Berührung kommt, mit viel Wasser spülen.
- Entsorgen Sie Flüssigabfall mit Blutproben entsprechend lokalen Vorschriften für biologisch gefährlichen Abfall.

VORSICHTSHINWEISE

- Nur zur *In-vitro*-Diagnose.
- Dieses Produkt ist nur für den HA-8190V geeignet. Verwenden Sie es NICHT mit anderen Instrumenten. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Instruments.
- Verwenden Sie dieses Set NICHT über das Verfallsdatum hinaus.
- Das Verfallsdatum finden Sie auf der Verpackung und auf dem Aufkleber an der Flasche.
- Lagern Sie geöffnete Flaschen bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C, um die Kontaminierung mit pathogenen Mikroben zu vermeiden.
- Lesen Sie vor Gebrauch der kommerziell erhältlichen Kontrollen deren Beipackzettel aufmerksam durch.
- Mischen Sie nach dem Öffnen der Flasche nicht die Reagenzien.
- Verwenden Sie die vorbereitete Kontrolle NICHT, wenn sie trüb ist oder Fremdkörper enthält.
- Lagern Sie verdünnte Blutproben und Kontrollen bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C. Verwenden Sie diese innerhalb von 8 Stunden. Eine Verwendung nach 8 Stunden kann zu ungenauen Analyseergebnissen führen.

VERFAHREN

Vollblutproben (Vorbereiten der Hämolyseproben)

- Fügen Sie den Vollblutproben die erforderliche Menge von DILUENT 90 zu.
- Die analysierbare Hämoglobinkonzentration einer verdünnten Hämolyseprobe liegt bei der HA-8190V-Serie bei 75 – 225 mg/dL (Standard 150 mg/dL).
- Die Konzentration fällt innerhalb dieses Bereichs nicht ab, eventuell wird eine Fehlermeldung angezeigt oder die Reproduzierbarkeit wird schwach.
- Falls dies der Fall ist, ändern Sie vor einer erneuten Analyse das Verdünnungsverhältnis. (Die HA-8190V-Serie verwendet 101-fach verdünntes Vollblut.)

LAGERUNG

Ungeöffnet: Lagern Sie es an einem dunklen Ort bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 30 °C und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Geöffnet: Lagern Sie es gut verschlossen bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C.

ENTHALTENE MATERIALIEN

DILUENT 90: 250 mL x 1 Flasche, Phosphat-gepufferte grenzflächenaktive Substanz.

Materialien der Flasche:

Flasche aus Polyethylen (PE), Innenkappe aus PE, Außenkappe aus Polypropylen (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ansprechpartner für technische Hilfe
[TEL: +31-20-545-24-50]

