

DILUENT 90

TA DOKUMENT IMEJTE VEDNO PRI ROKI IN GA PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE. ČE JE PRIŠLO ALI BI LAHKO PRIŠLO DO RESNEGA ZAPLETA, POVEZANEGA S PRIPOMOČKOM, O TEM OBVESTITE NEPOSREDNO IZDELOVALCA ALI POOBlaščenega zastopnika in lokalni regulativni organ.

PREDVIDENI NAMEN

Raztopina DILUENT 90 je namenjena za redčenje komercialno dostopnih kontrolnih snovi za uporabo z analizatorji HA-8190V, ki so namenjeni za kvantitativne analize HbA1c. Raztopina DILUENT 90 je namenjena tudi za redčenje vzorcev polne krvi. Samo za *in vitro* diagnostično uporabo in za strokovno uporabo.

OPOZORILA

- Če raztopina DILUENT 90 pride v stik z očmi ali usti, nemudoma izperite z veliko vode in se posvetujte z zdravnikom.
- Če pride v stik s kožo, sperite z veliko vode.
- Tekoče odpadke, ki vsebujejo vzorce krvi, zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi za biološko nevarne odpadke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Samo za *in vitro* diagnostično uporabo.
- Ta izdelek je predviden samo za analizatorje HA-8190V. NE poskušajte ga uporabljati z drugimi instrumenti. Glejte uporabniški priročnik instrumenta.
- Kompleta NE uporabljajte po izteku roka uporabnosti.
- Rok uporabnosti je napisan tako na škatli kot na oznaki platenke.
- Platenko po odprtju shranjujte pri temperaturi med 2°C in 8°C, da preprečite kontaminacijo s patogenimi mikrobi.
- Pred uporabo natančno preberite navodilo, ki je priloženo komercialno dostopnim kontrolnim raztopinam.
- Po odprtju platenke se izogibajte mešanju reagentov.
- Pripravljene kontrolne raztopine NE uporabite, če je motna ali so v njej tujki.
- Razredčen vzorec polne krvi in kontrolne raztopine shranjujte pri temperaturi med 2°C in 8°C ter porabite v 8 urah. Uporaba po 8 urah lahko povzroči netočne rezultate analize.

POSTOPEK

Vzorci polne krvi (priprava vzorcev hemolizata)

- V vzorce polne krvi dodajte ustrezen volumen raztopine DILUENT 90.
- Koncentracija hemoglobina, ki jo je mogoče izmeriti v razredčenem vzorcu hemolizata z analizatorjem HA-8190V, je 75–225 mg/dL (standardno 150 mg/dL).
- Če koncentracija ni v tem razponu, se lahko izpiše sporočilo o napaki oz. obnovljivost meritev lahko postane slabša.
- Če se to zgodi, pred ponovno izvedbo analize ustrezno spremenite razmerje redčenja, da prilagodite koncentracijo. (Analizatorji HA-8190V uporabljajo 101-krat razredčeno polno kri.)

SHRANJEVANJE

Neodprto: Shranjujte na temnem mestu pri temperaturi med 2°C in 30°C in se izogibajte neposredni sončni svetlobi.

Odprto: Shranjujte s tesno pritrjenimi pokroveci pri temperaturi med 2°C in 8°C.

PRILOŽENI MATERIAL

DILUENT 90: 250 mL × 1 platenka, fosfatni pufer, ki vsebuje površinsko aktivno snov.

Snovi, iz katerih so izdelane platenke:

- Platenka iz polietilena (PE) z notranjo zaporko iz PE in zunanjo zaporko iz polipropilena (PP).



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Obrnite se na tehnično pomoč
[TEL: +31-20-545-24-50]

