

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H

A JELEN DOKUMENTUMOT MINDIG TARTSA ELÉRHETŐ HELYEN, ÉS HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN TANULMÁNYOZZA ÁT. A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN BEKÖVETKEZETT VAGY POTENCIÁLIS SÚLYOS ESEMÉNYEKET JELENTENI KELL KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓNAK VAGY A HIVATALOS KÉPVISELŐN KERESZTÜL, VALAMINT A HELYI SZABÁLYOZÓ HATÓSÁGNAK.

RENDELTTETÉS

A HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H rendeltetésszerűen a HA-8380V készüléken használható a HbA1c mennyiségi mérésére. Kizárólag *in vitro* diagnosztikai és professzionális használatra.

ÖSSZEFOGLALÁS ÉS ALAPELV

A stabil HbA1c mérése nagyon hasznos a diabétesz diagnosztikájában és kezelésében, valamint a diabéteszes állapotok monitorozásában. A HA-8380V a vér HbA1c-koncentrációját méri fordított fázisú kationcserés kromatográfiával. A hemolitikus mosóoldattal hígított vérminta az oszlopba kerül, amely a mintát hemoglobin-összetevőkre frakcionálja a nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (high performance liquid chromatography, HPLC) elvén.

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék tartósítószerként 0,02%-nál kevesebb náálkahártyát irritáló nátrium-azidot (NaN₃) tartalmaz.
- A nátrium-azid reakcióba a rézzel vagy ólommal léphet, és esetleg robbanásveszélyes fém-azidok keletkezhetnek.
- A nátrium-azid savakkal is reakcióba léphet, és mérgező, robbanásveszélyes hidrogén-azid keletkezhet.
- Ezért az anyagok selejtezésekor mindig erresszen utánuk bő mennyiségű vizet, nehogy reagensmaradvány maradjon a lefolyóban.
- Ha a termék szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa le bő vízzel, és kérjen orvosi tanácsot.
- Ha bőrre kerül, mossa le bő vízzel.
- A vérmintát tartalmazó folyékony hulladékot a bioveszélyes hulladékra vonatkozó helyi előírások szerint kezelje.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

- Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra.
- A termék csak HA-8380V készülékkel használható. NE használja más készülékkel. Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.
- Ha a terméket hideg helyen, például hűtőben tárolja, a készülékbe helyezése előtt hagyja legalább egy órán át a készülékkel egyező hőmérsékleten.
- NE használja a hemolitikus mosóoldatot a lejárat dátum után.
- A lejárat dátumot megtalálja mind a dobozon, mind a palack címkéjén.
- A hemolitikus mosóoldat palackját a palacktálca megfelelő pozíciójára helyezze, és megfelelően illessze rá az adagolóval ellátott kupakot.
- Akkor is cserélje újra a hemolitikus mosóoldat palackját, ha a régiben még maradt egy kevés oldat.
- Ha az új oldatot a régi palackba tölti, pontatlan mérési eredmények keletkezhetnek.
- A terméket mindig körültekintően kezelje.
- Ügyeljen, hogy ne ériék erős mechanikai hatások.

MÉRÉSI ELJÁRÁS

Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.

TÁROLÁS

- A hemolitikus mosóoldat felnyitatlan palackjait közvetlen napfénytől védve, 3°C–30°C-os hőmérsékleten tárolja.
- A felnyitott hemolitikus akkor is mosóoldatot használja fel egy hónapon belül, ha nem éri el a lejárat dátumot.
- Ha a készüléket egy hétnél hosszabb ideig nem fogják használni, távolítsa el belőle a hemolitikus mosóoldat palackját. Zárja le szorosan a kupakkal, és 3°C–30°C-os hőmérsékleten tárolja, hogy a folyadék minősége ne romoljon és/vagy ne koncentráldjon.

A KÉSZLETBEN BIZTOSÍTOTT TÉTELEK

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H: Dobozonként 3 db 2 L-es palack, felületaktív anyagot tartalmazó foszfátpuffer.

A palack anyagai:

Polietilén (PE) palack, polipropilén (PP) kupak

SZÜKSÉGES, DE NEM BIZTOSÍTOTT TÉTELEK

Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.

MINTAVÉTEL

Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.

MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS

Lásd a készülék kezelői kézikönyvét.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Műszaki támogatás elérhetősége
[TEL: +31-20-545-24-50]

