

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H

NINIEJSZĄ ULOTKĘ DOŁĄCZONĄ DO OPAKOWANIA NALEŻY ZAWSZE MIEĆ POD RĘKĄ I UWAGA! PRZECZYTAĆ JĄ PRZED UŻYCIEM. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA LUB RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEGO INCYDENTU ZWIĄZANEGO Z URZĄDZENIEM NALEŻY ZGŁOSIĆ TO PRODUCENTOWI BEZPOŚREDNIO LUB POPRZEC AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA ORAZ LOKALNEMU ORGANOWI REGULACYJNEMU.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H jest roztworem do przemycania do stosowania z HA-8380V, który jest przeznaczony do ilościowego pomiaru HbA1c. Do diagnostyki *in vitro* i wyłącznie do użytku profesjonalnego.

PODSUMOWANIE I ZASADA

Pomiar stabilnego poziomu HbA1c jest bardzo przydatny w diagnostyce i leczeniu cukrzycy oraz w obserwacji stanu zdrowia chorych na cukrzycę. HA-8380V mierzy poziom HbA1c we krwi za pomocą chromatografii kationowymiennej w fazie odwróconej. Próbkę krwi rozcieńczoną roztworem do przemycania do hemolizy jest wysyłana do kolumny, która frakcjonuje próbkę na kilka składników hemoglobiny w oparciu o wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC).

OSTRZEŻENIA

- Produkt ten zawiera mniej niż 0,02% drażniącego błony śluzowej azotku sodu (Na₃N) jako środka konserwującego.
- Azotek sodu może reagować z miedzią lub ołowiem, co może prowadzić do powstania wybuchowego azotku metalu.
- Azotek sodu może również reagować z kwasem, prowadząc do wytworzenia toksycznego, wybuchowego azotku wodoru.
- Dlatego po użyciu tych materiałów należy spłukać je odpowiednią ilością wody, aby zapobiec pozostawieniu resztek odczynników w rurze wodociągowej.
- W przypadku kontaktu tego produktu z oczami lub ustami natychmiast przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku kontaktu ze skórą przemyć dużą ilością wody.
- Odpady płynne zawierające próbkę krwi utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów stwarzających zagrożenie biologiczne.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Wyłącznie do diagnostyki *in vitro*.
- Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie z HA-8380V. NIE NALEŻY próbować używać go z innymi urządzeniami. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.
- Jeśli produkt ten jest przechowywany w zimnym miejscu, takim jak lodówka, przed umieszczeniem go w urządzeniu należy odczekać co najmniej godzinę, aby przystosować się do środowiska, w którym znajduje się urządzenie.
- NIE NALEŻY używać butelki z roztworem do przemycania do hemolizy po upływie terminu ważności.
- Data ważności jest zapisana zarówno na pudełku, jak i na etykiecie butelki.
- Umieścić butelkę z roztworem do przemycania do hemolizy w określonym miejscu na tacy na butelki i prawidłowo założyć nakrętkę z dyszą do roztworu do przemycania do hemolizy.
- Wymienić butelkę z roztworem do przemycania do hemolizy na nową, nawet jeśli pozostała w niej niewielka ilość roztworu.
- Dodanie nowego roztworu do starej butelki może spowodować niedokładne wyniki pomiarów.
- Zawsze należy obchodzić się z tym produktem ostrożnie.
- Unikać wstrząsów fizycznych.

PROCEDURA POMIARU

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Nieotwarte butelki z roztworem do przemycania do hemolizy należy przechowywać w temperaturze od 3°C do 30°C, unikając bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Po otwarciu roztwór do przemycania do hemolizy należy zużyć w ciągu jednego miesiąca, nawet jeśli nie upłynął termin ważności.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez tydzień lub dłużej, należy wyjąć z niego butelkę z roztworem do przemycania do hemolizy. Następnie należy ją szczelnie zakręcić i przechowywać w temperaturze od 3°C do 30°C, aby zapobiec degradacji i/lub koncentracji cieczy.

DOSTARCZONE MATERIAŁY

HEMOLYSIS WASHING SOLUTION Lite H: 3 butelki × 2 L / pudełko, bufor fosforanowy zawierający surfaktant.

Materiały, z których wykonana jest butelka:

Butelka z polietylenu (PE) z nakrętką z polipropylenu (PP)

MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEZAPEWNIONE

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.

POBIERANIE PRÓBEK

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.

KONTROLA JAKOŚCI

Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania urządzenia.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt w celu uzyskania pomocy technicznej
[TEL: +31-20-545-24-50]

