

## Vorsicht beim Auspacken

Die beiden Trägerstopper aus Gummi werden unter den Reagenzträger gelegt.

Achten Sie darauf, sie vor der Verwendung zu entfernen. Falls das Analysegerät betrieben wird, ohne sie zu entfernen, kann dies zu schwerwiegenden Störungen führen. Bitte bewahren Sie die Trägerstopper auf und bringen Sie sie an, wenn das Analysegerät transportiert wird.

