

AUTION EYE Sheath Solution

Lees deze bijsluiter goed door vóór gebruik.

Als u in samenhang met dit hulpmiddel een ernstig incident heeft meegemaakt of als dit had kunnen gebeuren, meld dit dan rechtstreeks of via de geautoriseerde vertegenwoordiger aan de fabrikant en aan de regelgevende instantie in uw land.

Bedoeld gebruik

AUTION EYE Sheath Solution is een oplossing voor gebruik in combinatie met AI-4510 en is bedoeld voor de kwantitatieve en semi-quantitatieve meting van verscheidene fysiologische markers in urine. Uitsluitend bedoeld voor *in-vitro* diagnostiek en professioneel gebruik.

Methodiek

AUTION EYE Sheath Solution is een oplossing voor het regelen van de brekingsindex en het pH-niveau.

Samenstelling

AUTION EYE Sheath Solution
Buffer en conserveringsmiddel

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Nooit op een menselijk lichaam gebruiken.
- De prestaties kunnen niet worden gegarandeerd bij gebruik voor doeleinden of in methodieken die afwijken van de doeleinden en methodieken die worden genoemd in deze bijsluiter.
- Lees de bedieningshandleiding voor de AI-4510 van het specifieke instrument goed door vóór gebruik.

<Voorzorgsmaatregelen voor hantering>

- Alleen voor professioneel gebruik.
- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer u handelingen uitvoert aan of met AUTION EYE Sheath Solution. Vermijd rechtstreeks lichamelijk contact met het reagens. Het kan irritatie veroorzaken aan ogen, huid en slijmvliezen.
- Pas op dat de oplossing bij opening niet spat.
- Als u onbedoeld in aanraking komt met het reagens, moet u de huid ogenblikkelijk afspoelen met overvloedig water.
- Na contact met de ogen moet u onmiddellijk spoelen met voldoende water. Raadpleeg direct een arts.
- Bij inslikken moet u onmiddellijk medische hulp inroepen.

<Voorzorgsmaatregelen voor gebruik>

- Gebruik AUTION EYE Sheath Solution niet nadat de vervaldatum is verstreken.
- Verdamping van vocht kan de concentratie reagens verhogen. Voor opslag de dop goed afsluiten. De specifieke prestaties kunnen door onjuiste opslag afnemen.
- Vermijd na opening het binnendringen van microben of stof.
- Gebruik het reagens in de container volledig. Meng geen oplossing met het reagens uit een andere container, ook al hebben ze hetzelfde partijnummer.

Procedure

- Raadpleeg de bedieningshandleiding van AI-4510 voor instructies voor het analyseren van urine met AUTION EYE Sheath Solution.
- Voer de container af nadat het reagens volledig is gebruikt. Container niet opnieuw gebruiken.

Opslag en stabiliteit

- Opslag
Stel het product niet bloot aan direct zonlicht. Bewaar het product in de doos bij 2 - 35 °C. (Niet in de vriezer bewaren.)
- Vervaldatum
De vervaldatum is op het label van de doos gedrukt.
- Houdbaarheidsduur na opening
Gebruik het reagens binnen 30 dagen na opening.

Prestatiekenmerken en beperkingen van de methode

- AUTION EYE Sheath Solution is alleen bedoeld voor gebruik met één specifiek instrument en specifieke reagentia. Niet gebruiken in combinatie met andere systemen.
- Niet gebruiken voor andere doeleinden dan monsteranalyse in overeenstemming met de specificaties van AI-4510.

Afvoerprocedure

AUTION EYE Sheath Solution bevat geen biologisch gevaarlijke stoffen. Voer de container af in overeenstemming met de toepasselijk plaatselijke regelgeving.

Productinformatie

Meegeleverde materialen

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/doos

Benodigde, maar niet meegeleverde materialen

Raadpleeg de bedieningshandleiding van de AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Contactinformatie voor technische ondersteuning

[TEL: +31-20-545-24-50]

Uitgegeven: 2022.01.06