

AUTION EYE Sheath Solution

Lisez attentivement cette notice avant utilisation.

Si un incident grave en lien avec le dispositif est survenu ou aurait pu survenir, veuillez en informer directement le fabricant ou le représentant autorisé et votre organisme de réglementation local.

Utilisation prévue

AUTION EYE Sheath Solution est une solution de gainage destinée à être utilisée avec l'appareil AI-4510, qui est conçu pour l'analyse quantitative et semi-quantitative de plusieurs marqueurs physiologiques dans l'urine. Elle est réservée à une utilisation pour le diagnostic *in vitro* et à un usage professionnel.

Méthodologie

AUTION EYE Sheath Solution est une solution destinée à réguler le niveau de pH et l'indice de réfraction.

Composition

AUTION EYE Sheath Solution
Tampon et conservateur

Avertissements et précautions

1. Ne jamais utiliser sur le corps humain.
2. Les performances ne peuvent pas être garanties en cas d'utilisation à des fins ou avec des méthodes autres que celles spécifiées dans cette notice.
3. Lire attentivement le manuel d'utilisation de l'appareil AI-4510 avant de l'utiliser.

<Précautions de manipulation>

1. Réservé à un usage professionnel.
2. Toujours porter un équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de la solution AUTION EYE Sheath Solution. Éviter tout contact direct avec le réactif. Ce dernier peut causer des irritations des yeux, de la peau et des muqueuses.
3. Faire attention au risque d'éclaboussures lors de l'ouverture de la solution.
4. En cas de contact accidentel avec le réactif, rincer la peau immédiatement et abondamment à l'eau.
5. En cas de contact de la solution avec les yeux, immédiatement rincer abondamment à l'eau. Consulter un médecin au plus vite.
6. En cas d'ingestion, demander en urgence un avis médical.

<Précautions d'utilisation>

1. Ne pas utiliser AUTION EYE Sheath Solution après la date d'expiration.
2. L'évaporation de l'humidité peut augmenter la concentration du réactif. Refermer soigneusement le flacon avant de le ranger. Un stockage inadéquat du dispositif risque de diminuer certaines performances.
3. Une fois la solution ouverte, éviter que des microbes ou de la poussière n'entrent dans le flacon.
4. Utiliser l'intégralité du réactif du récipient. Ne pas mélanger la solution avec un réactif provenant d'un autre récipient, même si leur numéro de lot est identique.

Procédure

1. Se reporter au manuel d'utilisation du dispositif AI-4510 pour obtenir des instructions sur l'analyse d'urine à l'aide d'AUTION EYE Sheath Solution.
2. Éliminer le récipient après avoir utilisé tout le réactif. Ne pas réutiliser le récipient.

Stockage et stabilité

1. Stockage
Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver le produit dans le carton à une température comprise entre 2 et 35 °C. (Ne pas congeler.)
2. Date d'expiration
La date d'expiration est inscrite sur l'étiquette du carton.
3. Période de validité après ouverture
Utiliser le réactif dans les 30 jours qui suivent l'ouverture.

Caractéristiques des performances et limitations de la méthode

1. La solution AUTION EYE Sheath Solution est destinée à être utilisée uniquement avec un instrument et des réactifs spécifiques. Ne pas utiliser avec d'autres systèmes.
2. Ne pas utiliser à des fins autres que l'analyse d'échantillons, conformément aux spécifications du dispositif AI-4510.

Procédure d'élimination

AUTION EYE Sheath Solution ne contient aucune substance présentant un risque biologique. Éliminer le récipient conformément aux réglementations locales applicables.

Informations sur le produit

Matériels fournis

AUTION EYE Sheath Solution
10 L/carton

Matériels requis mais non fournis

Se reporter au manuel d'utilisation d'AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contact de l'assistance technique
[TEL: +31-20-545-24-50]

