

AUTION EYE Sheath Solution

Vor der Anwendung die Packungsbeilage aufmerksam durchlesen.
 Wenn es im Zusammenhang mit diesem Gerät zu einem schweren Zwischenfall oder Beinaheunfall gekommen ist, melden Sie dies bitte umgehend dem Hersteller oder dem Bevollmächtigten und Ihrer lokalen Aufsichtsbehörde.

Verwendungszweck

Die AUTION EYE Sheath Solution ist eine Sheath-Lösung zur Verwendung mit dem AI-4510, der für die quantitative und semiquantitative Messung von mehreren physiologischen Markern im Urin bestimmt ist. Es dient ausschließlich als *In-vitro*-Diagnostikum für den professionellen Gebrauch.

Methode

AUTION EYE Sheath Solution ist eine Lösung zur Regulierung des Brechungsindex und des pH-Werts.

Zusammensetzung

AUTION EYE Sheath Solution
 Puffer und Konservierungsmittel

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

1. Niemals beim Menschen anwenden.
2. Die Leistung des Produkts kann nicht garantiert werden, wenn es für Zwecke oder im Rahmen von Methoden verwendet wird, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
3. Vor der Verwendung die AI-4510 Bedienungsanleitung des vorgesehenen Geräts aufmerksam durchlesen.

<Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung>

1. Nur für den professionellen Gebrauch.
2. Bei Arbeiten auf oder mit AUTION EYE Sheath Solution stets eine persönliche Schutzausrüstung tragen. Das Reagenz sollte nicht in direkten Kontakt mit dem Körper kommen. Ansonsten kann es zu einer Reizung der Augen, der Haut und der Schleimhäute kommen.
3. Die Lösung darf beim Öffnen nicht spritzen.
4. Bei versehentlichem Kontakt mit dem Reagenz die Haut unverzüglich mit reichlich Wasser abspülen.
5. Wenn die Lösung in die Augen gelangt, diese sofort mit reichlich Wasser ausspülen. Sofort einen Arzt aufsuchen.
6. Bei Verschlucken sofort einen ärztlichen Rat einholen.

<Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung>

1. AUTION EYE Sheath Solution nicht nach Ablauf des Verfallsdatums verwenden.
2. Durch eine Verdunstung der Feuchtigkeit kann die Konzentration des Reagenzes erhöht sein. Den Verschluss vor der Lagerung sicher verschließen. Die spezifische Leistung kann durch eine unsachgemäße Lagerung verschlechtert werden.
3. Das Eindringen von Mikroorganismen oder Staub nach dem Öffnen vermeiden.
4. Das Reagenz im Behälter aufbrauchen. Die Lösung nicht mit einem Reagenz aus einem anderen Behälter mischen, auch dann nicht, wenn die Chargennummer identisch ist.

Verfahren

1. In der Bedienungsanleitung des AI-4510 finden Sie die Anweisungen zur Urinanalyse mit AUTION EYE Sheath Solution.
2. Den Behälter entsorgen, nachdem das Reagenz aufgebraucht wurde. Behälter nicht wiederverwenden.

Lagerung und Stabilität

1. Lagerung
 Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Produkt in der Verpackung bei Temperaturen von 2 bis 35 °C aufbewahren. (Nicht einfrieren.)
2. Verfallsdatum
 Das Verfallsdatum ist auf dem Verpackungsetikett angegeben.
3. Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen
 Reagenz innerhalb von 30 Tagen nach dem Öffnen verwenden.

Leistungsmerkmale und Beschränkungen der Methode

1. AUTION EYE Sheath Solution ist einzig und allein für die Verwendung mit bestimmten Geräten und Reagenzien vorgesehen. Nicht mit anderen Systemen verwenden.
2. Nicht für andere Zwecke als die Analyse von Proben gemäß den Spezifikationen von AI-4510 verwenden.

Entsorgung

AUTION EYE Sheath Solution enthält keine biogefährlichen Stoffe. Den Behälter entsprechend den geltenden lokalen Vorschriften entsorgen.

Produktinformationen

Mitgelieferte Materialien

AUTION EYE Sheath Solution
 10 l/Verpackung

Erforderliche, aber nicht mitgelieferte Materialien

Siehe Bedienungsanleitung von AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
 1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
 Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
 Prof. J.H. Bavincklaan 2
 1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
 Ansprechpartner für technische Hilfe
 [TEL: +31-20-545-24-50]

