

AUTION EYE Sheath Solution

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν ένθετο έντυπο πριν από τη χρήση.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ή θα μπορούσατε να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό συμβάν σχετιζόμενο με τη συσκευή, αναφέρετέ το απευθείας στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και στην τοπική κανονιστική αρχή.

Προβλεπόμενος σκοπός

Το AUTION EYE Sheath Solution είναι ένα διάλυμα περιρροής για χρήση με το AI-4510, το οποίο προορίζεται για την ποσοτική και ημιποσοτική μέτρηση αρκετών φυσιολογικών δεικτών στα ούρα. Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση και επαγγελματική χρήση.

Μεθοδολογία

Το AUTION EYE Sheath Solution είναι ένα διάλυμα για τη ρύθμιση του δείκτη διάθλασης και του επιπέδου του pH.

Σύνθεση

AUTION EYE Sheath Solution

Ρυθμιστικό διάλυμα και συντηρητικό

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

1. Να μη χρησιμοποιείται ποτέ σε ανθρώπινο οργανισμό.
2. Εάν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ή σε μεθόδους εκτός αυτών που ορίζονται στο παρόν ένθετο έντυπο, η απόδοσή του δεν είναι εγγυημένη.
3. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας του AI-4510 του αντίστοιχου οργάνου.

<Προφυλάξεις χειρισμού>

1. Αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
2. Να φοράτε πάντα ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό όταν εργάζεστε στο ή με το AUTION EYE Sheath Solution. Αποφύγετε την άμεση σωματική επαφή με το αντιδραστήριο. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στους οφθαλμούς, το δέρμα και τους βλεννογόνους.
3. Προσέξτε να μη χύσετε το διάλυμα κατά το άνοιγμα.
4. Σε περίπτωση ακούσιας επαφής με το αντιδραστήριο, ξεπλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό.
5. Εάν το διάλυμα μπει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε ιατρό χωρίς καθυστέρηση.
6. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

<Προφυλάξεις κατά τη χρήση>

1. Μη χρησιμοποιείτε το AUTION EYE Sheath Solution μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης.
2. Η εξάτμιση της υγρασίας μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τη συγκέντρωση του αντιδραστήριου. Σφραγίστε καλά το πώμα για τη φύλαξη. Η εσφαλμένη φύλαξη μπορεί ενδεχομένως να υποβαθμίσει την ειδική απόδοση.
3. Αποφύγετε την εισδοχή μικροβίων ή σκόνης μετά το άνοιγμα.
4. Καταναλώστε το αντιδραστήριο που υπάρχει στον περιέκτη. Μην αναμειγνύετε το διάλυμα με αντιδραστήριο από άλλον περιέκτη, ακόμη και εάν έχουν τον ίδιο αριθμό παρτίδας.

Διαδικασία

1. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του AI-4510 για οδηγίες σχετικά με την ανάλυση ούρων με χρήση του AUTION EYE Sheath Solution.
2. Απορρίψτε τον περιέκτη μετά τη χρήση ολόκληρου του αντιδραστήριου. Μην κάνετε επαναληπτική χρήση του περιέκτη.

Φύλαξη και σταθερότητα

1. Φύλαξη
Μην εκθέτετε σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Φυλάσσετε το προϊόν στο κουτί σε θερμοκρασία 2–35 °C. (Μην το καταψύχετε).
2. Ημερομηνία λήξης
Η ημερομηνία λήξης είναι τυπωμένη στην ετικέτα του κουτιού.
3. Περίοδος εγκυρότητας μετά το άνοιγμα
Χρησιμοποιήστε το αντιδραστήριο εντός 30 ημερών μετά το άνοιγμα.

Χαρακτηριστικά απόδοσης και περιορισμοί της μεθόδου

1. Το AUTION EYE Sheath Solution προορίζεται για χρήση αποκλειστικά με συγκεκριμένο όργανο και αντιδραστήρια. Να μην χρησιμοποιείτε με άλλα συστήματα.
2. Να μην χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς πέραν της ανάλυσης δειγμάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του AI-4510.

Διαδικασία απόρριψης

Το AUTION EYE Sheath Solution δεν περιέχει καμία βιολογικά επικίνδυνη ουσία. Απορρίπτετε τον περιέκτη σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

Πληροφορίες προϊόντος

Υλικά που παρέχονται

AUTION EYE Sheath Solution

10 L/κουτί

Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Επικοινωνήστε για τεχνική βοήθεια

[TEL: +31-20-545-24-50]