

AUTION EYE Sheath Solution

Prima dell'uso leggere attentamente il foglietto illustrativo.
Qualora si verifichi o si potesse verificare un incidente grave relativo al dispositivo, segnalarlo direttamente al fabbricante o tramite il rappresentante autorizzato e all'autorità di regolamentazione locale.

Destinazione d'uso

AUTION EYE Sheath Solution è una soluzione sheath da utilizzare con il dispositivo AI-4510, destinata alla misurazione quantitativa e semiquantitativa di diversi marcatori fisiologici nelle urine. Solo per uso diagnostico *in vitro* e uso professionale.

Metodologia

AUTION EYE Sheath Solution è una soluzione per regolare l'indice di rifrazione e il livello di pH.

Composizione

AUTION EYE Sheath Solution
Buffer e conservante

Avvertenze e precauzioni

1. Non utilizzare mai sul corpo umano.
2. In caso la soluzione sia usata con scopi o metodi diversi da quelli indicati in questo foglietto illustrativo, la prestazione non può essere garantita.
3. Leggere attentamente prima dell'uso il manuale operativo del dispositivo AI-4510 riguardante lo strumento dedicato.

<Precauzioni per la manipolazione>

1. Solo per uso professionale.
2. Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale quando si utilizza AUTION EYE Sheath Solution. Evitare il contatto fisico diretto con il reagente. Può causare irritazione a occhi, pelle e mucose.
3. Prestare attenzione a non far schizzare la soluzione durante l'apertura.
4. Se si entra inavvertitamente a contatto con il reagente, sciacquare immediatamente la pelle con abbondante acqua.
5. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare subito con abbondante acqua. Consultare subito un medico.
6. In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.

<Precauzioni per l'uso>

1. Non utilizzare AUTION EYE Sheath Solution oltre la data di scadenza.
2. L'evaporazione dell'umidità può aumentare la concentrazione del reagente. Chiudere accuratamente il tappo per conservare la soluzione. La conservazione errata può deteriorare la prestazione specifica.
3. Evitare la penetrazione di microbi o polvere dopo l'apertura.
4. Terminare il reagente presente nel contenitore. Non aggiungere il reagente di un altro contenitore alla soluzione, anche se questo dispone dello stesso numero di lotto.

Procedura

1. Fare riferimento al manuale operativo del dispositivo AI-4510 per le istruzioni sull'analisi delle urine con AUTION EYE Sheath Solution.
2. Smaltire il contenitore dopo aver terminato il reagente. Non riutilizzare il contenitore.

Conservazione e stabilità

1. Conservazione
Non esporre alla luce diretta del sole. Conservare il prodotto nella confezione a una temperatura tra 2 e 35 °C. (Non congelare.)
2. Data di scadenza
La data di scadenza è stampata sull'etichetta della confezione.
3. Periodo di validità dopo l'apertura
Utilizzare il reagente entro 30 giorni dall'apertura.

Caratteristiche delle prestazioni e limitazioni del metodo

1. AUTION EYE Sheath Solution è una soluzione destinata all'utilizzo solo con reagenti e strumenti specifici. Non utilizzare con altri sistemi.
2. Non utilizzare per scopi diversi dall'analisi di campioni secondo quanto previsto dalle specifiche di AI-4510.

Procedura di smaltimento

AUTION EYE Sheath Solution non contiene sostanze a rischio biologico. Smaltire il contenitore secondo quanto previsto dalla normativa locale applicabile.

Informazioni sul prodotto

Materiali forniti

AUTION EYE Sheath Solution
10 L per confezione

Materiali necessari ma non forniti

Fare riferimento al manuale operativo di AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contatto per l'assistenza tecnica
[TEL: +31-20-545-24-50]