

AUTION EYE Sheath Solution

Kullanmadan önce bu prospektüsü dikkatlice okuyun.
Cihazla ilgili herhangi bir ciddi olay yaşadığınız veya yaşamış olma ihtimaliniz varsa lütfen doğrudan veya yetkili temsilci aracılığıyla üreticiye ve yerel düzenleyici kurumunuza bildirin.

Kullanım Amacı

AUTION EYE Sheath Solution, idrarda çeşitli fizyolojik belirteçlerin kantitatif ve yarı kantitatif ölçümüne yönelik AI-4510 ile kullanıma yönelik bir kılıf solüsyonudur. Yalnızca *in vitro* tanı amaçlı kullanım ve profesyonel kullanım içindir.

Metodoloji

AUTION EYE Sheath Solution, refraktif indeks ve pH seviyesinin düzenlenmesine yönelik bir solüsyondur.

Yapı

AUTION EYE Sheath Solution
Tampun ve koruyucu

Uyarılar ve Önlemler

- Asla insan vücudunda kullanmayın.
- Bu prospektüste belirtilenler dışındaki amaçlar doğrultusunda veya yöntemlerle kullanılırsa performans garanti edilemez.
- Kullanmadan önce ilgili cihazın AI-4510 kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.

<Tutma ve Temas Önlemleri>

- Yalnızca profesyonel kullanım içindir.
- AUTION EYE Sheath Solution ile çalışırken her zaman kişisel koruyucu ekipman kullanın. Reaktif ile doğrudan vücut temasından kaçının. Gözler, cilt ve mukoza zarlarında tahrişe neden olabilir.
- Açarken solüsyonun sıçramamasına dikkat edin.
- Yanlışlıkla reaktife temas etmeniz durumunda, cildinizi derhal bol suyla yıkayın.
- Solüsyon göze kaçarsa derhal bol miktarda suyla yıkayın. Gecikmeden bir hekime danışın.
- Yutulması durumunda derhal tıbbi yardım alın.

<Kullanım Önlemleri>

- AUTION EYE Sheath Solution ürününü son kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmayın.
- Nemin buharlaşması reaktifin konsantrasyonunu artırabilir. Depolama için kapağı sıkıca kapatın. Yanlış depolama, ürüne özgü performansı bozabilir.
- Açtıktan sonra içine mikrop veya toz girmesini önleyin.
- Kaptaki reaktifin tamamını kullanın. Aynı lot numarasına sahip olsalar bile solüsyonu başka bir kaptaki reaktif ile karıştırmayın.

Prosedür

- AUTION EYE Sheath Solution ürününü kullanarak idrar analizi yapma talimatları için AI-4510 kullanım kılavuzuna bakın.
- Reaktifi kullandıktan sonra kabı atın. Kabi tekrar kullanmayın.

Depolama ve Stabilite

- Depolama
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Kutu içindeki ürünü 2 ile 35°C arasındaki sıcaklıklarda depolayın. (Dondurmayın.)
- Son kullanma tarihi
Son kullanma tarihi, kutu etiketinde yazılıdır.
- Açıldıktan sonra geçerlilik süresi
Reaktifi açıldıktan sonraki 30 gün içinde kullanın.

Yöntemin performans özellikleri ve sınırlamaları

- AUTION EYE Sheath Solution yalnızca spesifik cihaz ve reaktiflerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka sistemlerle kullanmayın.
- AI-4510 spesifikasyonlarına uygun olarak numune analizi dışındaki amaçlar için kullanmayın.

Atma Prosedürü

AUTION EYE Sheath Solution, biyolojik açıdan tehlikeli maddeler içermez. Kabı yürürlükteki yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

Ürün Bilgisi

Sağlanan malzemeler

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/kutu

Gerekli olan ancak sağlanmayan malzemeler

AUTION EYE AI-4510 kullanım kılavuzuna bakın.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Teknik yardım için iletişime geçin
[TEL: +31-20-545-24-50]