

Cuvette (heparin)

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσατε ή θα μπορούσατε να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο συμβάν σχετιζόμενο με τη συσκευή, αναφέρετε το περιστατικό απευθείας στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και την τοπική κανονιστική αρχή.

Προβλεπόμενη χρήση

- Η Cuvette (heparin) είναι ένας ειδικός υποδοχείας δειγμάτων ολικού αίματος για χρήση στις μονάδες SPOTCHEM D-Concept (SD-4810, SD-4820), SpotChem D-Concept 2c (SD-4830), SpotChem D-Concept 2e (SD-4840) και SpotChem EL 2 (SE-1530), οι οποίες προορίζονται για την ποσοτική μέτρηση διαφόρων φυσιολογικών δεικτών. Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση και για επαγγελματική χρήση.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε κλινικά δείγματα και εργαλεία ανάλυσης. Να απορρίπτετε καταλλήλως τα επικίνδυνα βιολογικά απόβλητα. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.
- Να μην επαναχρησιμοποιείται.

Περιγραφή προϊόντος

Ο συγκεκριμένος σωλήνας δείγματος περιέχει ηπαρίνη ως αντιπηκτικό και χρησιμοποιείται με ολικό αίμα και για διαχωρισμό πλάσματος.

Οδηγίες

- Ριζίτε 530 µL από το προσφάτως συλλεχθέν ολικό αίμα στον σωλήνα δείγματος.
- Τοποθετήστε καλά το καπάκι και αναποδογυρίστε απαλά 5 έως 6 φορές για να αναμειχθεί.
- Κατά τη μέτρηση δειγμάτων ολικού αίματος (ηλεκτρολύτες): Αφαιρέστε το καπάκι και πραγματοποιήστε τη μέτρηση αμέσως.
- Κατά τη μέτρηση δειγμάτων πλάσματος (βιοχημεία): Μετά τη φυγοκέντρωση, αφαιρέστε το καπάκι και πραγματοποιήστε τη μέτρηση αμέσως.



Προσοχή

- Πριν χειριστείτε τα δείγματα, να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια μίας χρήσης.
- Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι, φροντίζοντας να μην διασκορπιστούν οι κρύσταλλοι που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα δείγματος. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι η ηπαρίνη λιθίου η οποία χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό.
- Μην χρησιμοποιείται σωλήνες δείγματος χωρίς καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε τον σωλήνα δείγματος εάν το πράσινο καπάκι ή η κυψελίδα έχουν υποστεί ζημιά.
- Να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος χωρίς υγρασία και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
- Ο σωλήνας δείγματος δεν είναι αποστειρωμένος.
- Ο σωλήνας δείγματος δεν προορίζεται για την αποθήκευση των δειγμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο σωλήνα δείγματος για τη μέτρηση του συλλεχθέντος σε σωλήνες δείγματος με αντιπηκτικό ολικού αίματος.

- Κατά τη μέτρηση των ηλεκτρολυτών (Na, K, Cl), μην προβαίνετε σε φυγοκέντρωση, αλλά μετρήστε με ολικό αίμα. Η μέτρηση πλάσματος μετά από φυγοκέντρωση ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλές τιμές K και Na, και υψηλές τιμές Cl.

Αποθήκευση και σταθερότητα

Αποθήκευση σε 2 - 30°C (36 - 86°F)

Οι σωλήνες δείγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Παραχόμενο υλικό

Παρέχεται το παρακάτω υλικό στις εξής ποσότητες:

- Cuvette (heparin): 500 τεμ.
500 κυψελίδες
500 πράσινα καπάκια
- Cuvette (heparin): 100 τεμ.
100 κυψελίδες
100 πράσινα καπάκια

Μη παρεχόμενο απαραίτητο υλικό

Για τη μέτρηση απαιτούνται κι άλλα αναλώσιμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια,
επικοινωνήστε με την ARKRAY Europe, B.V.
TEL:+31-20-545-24-50
FAX:+31-20-545-24-59

