

Cuvette (heparin)

Lea el manual de instrucciones del instrumento antes de usarlo. Si ha tenido o puede haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, notifíquelo directamente al fabricante o a través del representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Finalidad prevista

La Cuvette (heparin) es un recipiente específico para muestras de sangre total que se utiliza con los sistemas SPOTCHEM D-Concept (SD-4810 y SD-4820), destinados a la medición cuantitativa de varios marcadores fisiológicos. Solo para diagnóstico *in vitro* y uso profesional.

Advertencias y precauciones


- Solo para uso en diagnóstico *in vitro*.
- Tenga mucho cuidado al manipular las muestras clínicas y las herramientas analíticas. Elimine adecuadamente los residuos con riesgo biológico. Para obtener instrucciones detalladas, consulte el manual de instrucciones del instrumento.
- No reutilizar.

Descripción del producto

Este tubo de muestra contiene heparina como anticoagulante y se utiliza con sangre entera y para la separación de plasma.

Instrucciones

- 1) Vierta 530 µL de sangre entera recién recogida en el tubo de muestra.
- 2) Tápelolo bien e invértalo suavemente de 5 a 6 veces para mezclar.
- 3) Si se analizan muestras de sangre entera (electrolitos): Retire el tapón y realice el análisis de inmediato.
- 4) Si se analizan muestras de plasma (bioquímica): Después de la centrifugación, retire el tapón y realice el análisis de inmediato.



Precauciones

- 1) Utilice un equipo de protección adecuado, como guantes desechables, antes de manipular las muestras.
- 2) Abra suavemente el tapón procurando no dispersar los cristales que recubren la superficie interior del tubo de muestra. Se trata de heparina de litio utilizada como anticoagulante.
- 3) No utilice tubos de muestra sin tapón. No utilice el tubo de muestra si el tapón verde o la cubeta están dañados.
- 4) Guárdese en un lugar oscuro, evitando la humedad y la luz solar directa.
- 5) El tubo de muestra no está esterilizado.
- 6) El tubo de muestra no está pensado para el almacenamiento de especímenes.
- 7) No utilice este tubo de muestra para analizar sangre entera recogida en tubos de muestra que contengan anticoagulante.
- 8) Si se analizan electrolitos (Na, K, Cl), no centrifugar; analizar con sangre entera. El análisis de plasma centrifugado puede tener como resultado valores bajos de K y Na, y valores altos de Cl.

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a 2 - 30°C (36 - 86°F)

Los tubos de muestra pueden utilizarse hasta la fecha de caducidad indicada en el envase.

Materiales proporcionados

Los siguientes elementos se suministran en las siguientes cantidades.

- Cuvette (heparin): 500 ud.
- 500 cubetas
- 500 tapones verdes
- Cuvette (heparin): 100 ud.
- 100 cubetas
- 100 tapones verdes

Materiales requeridos pero no suministrados

La medición también requiere otros consumibles. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones del instrumento.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Si necesita obtener asistencia técnica,
contacte con ARKRAY Europe, B.V.
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59



Emitido: 2022.02.28