

Centrifuge Cup (for D-Concept)

Πριν από τη χρήση, διαβάστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου. Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε ή θα μπορούσατε να έχετε αντιμετωπίσει κάποιο συμβάν σχετιζόμενο με τη συσκευή, αναφέρετε το περιστατικό απευθείας στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και την τοπική κανονιστική αρχή.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Centrifuge Cup (for D-Concept) είναι ένας ειδικός υποδοχέας δείγματος ολικού αίματος για χρήση στη μονάδα SPOT-CHEM D-Concept (SD-4820), η οποία προορίζεται για την ποσοτική μέτρηση διαφόρων φυσιολογικών δεικτών. Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση και για επαγγελματική χρήση.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μόνο για *in vitro* διαγνωστική χρήση.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε κλινικά δείγματα και εργαλεία ανάλυσης. Να απορρίπτετε καταλλήλως τα επικίνδυνα βιολογικά απόβλητα. Για περισσότερες οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.
- Να μην επαναχρησιμοποιείται.

Περιγραφή προϊόντος

Αυτός ο σωλήνας δείγματος περιέχει ηπαρίνη ως αντιπηκτικό και χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό του πλάσματος από το ολικό αίμα.

Οδηγίες

1. Ρίξτε 495 µL - 565 µL από το προσφάτως συλλεχθέν ολικό αίμα στον σωλήνα δείγματος.
2. Τοποθετήστε καλά το καπάκι και αναποδογυρίστε απαλά 5 έως 6 φορές για να αναμειχθεί.
3. Αφαιρέστε το καπάκι και αμέσως τοποθετήστε τον σωλήνα δείγματος στην εσωτερική φυγόκεντρο του οργάνου για μέτρηση.



Προσοχή

1. Πριν χειριστείτε τα δείγματα, να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια μιας χρήσης.
2. Ανοίξτε προσεκτικά το καπάκι, φροντίζοντας να μην διασκορπιστούν οι κρύσταλλοι που καλύπτουν την εσωτερική επιφάνεια του σωλήνα δείγματος. Αυτοί οι κρύσταλλοι είναι η ηπαρίνη λιθίου η οποία χρησιμοποιείται ως αντιπηκτικό.
3. Μην χρησιμοποιείται σωλήνες δείγματος χωρίς καπάκι. Μην χρησιμοποιείτε τον σωλήνα δείγματος εάν το καπάκι ή το καπάκι για τη φυγόκεντρωση έχουν υποστεί ζημιά.
4. Να φυλάσσεται σε σκοτεινό μέρος χωρίς υγρασία και μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
5. Ο σωλήνας δείγματος δεν είναι αποστειρωμένος.
6. Ο σωλήνας δείγματος δεν προορίζεται για την αποθήκευση των δειγμάτων.
7. Μην χρησιμοποιείτε τον συγκεκριμένο σωλήνα δείγματος για τη μέτρηση του συλλεχθέντος σε σωλήνες δείγματος με αντιπηκτικό ολικού αίματος.

Αποθήκευση και σταθερότητα

Αποθήκευση σε 2 - 30°C (36 - 86°F)

Οι σωληνίτες δείγματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Παρεχόμενο υλικό

Παρέχεται το παρακάτω υλικό στις εξής ποσότητες:

- Centrifuge Cup (for D-Concept): 100 τεμ.
100 καπάκια για τη φυγόκεντρωση
100 καπάκια

Μη παρεχόμενο απαραίτητο υλικό

Για τη μέτρηση απαιτούνται κι άλλα αναλώσιμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του συγκεκριμένου οργάνου.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Εάν χρειάζεστε τεχνική βοήθεια,
επικοινωνήστε με την ARKRAY Europe, B.V.

TEL: +31-20-545-24-50

FAX: +31-20-545-24-59

