

Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ)

Használat előtt olvassa el az eszköz kezelői kézikönyvét. A termék használatával kapcsolatban bekövetkezett vagy potenciális súlyos eseményeket jelenteni kell közvetlenül a gyártónak vagy a hivatalos képviselőn keresztül, valamint a helyi szabályozó hatóságnak.

Rendeltetés

A Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ) egy teljesvérminta-tárolóedény SPOTCHEM EZ (SP-4430) eszközzel való használatra, melynek célja számos fiziológiai marker mennyiségi mérése. Kizárólag *in vitro* diagnosztizálásra és professzionális használatra.

Figyelmeztetések és óvintézkedések


- Kizárólag *in vitro* diagnosztizálásra.
- Legyen fokozottan óvatos a klinikai minták és az analitikai eszközök kezelésekor. A biológiai veszélyt jelentő hulladékokat megfelelően ártalmatlanítsa. A részletes utasításokat lásd a műszer kezelői kézikönyvében.
- Ne használja újra.

Termékleírás

Ez a mintavételi cső véralvadástgátlóként heparint tartalmaz, és a plazma és a teljes vér elkülönítésére szolgál.

Utasítások

1. Öntsön 250 µL-t a frissen levett teljes vérből a mintavételi csőbe.
2. Szorosan zárja vissza, és óvatosan fordítsa meg 5-6-szor az összekeveréshez.
3. Távolítsa el a kupakot, és azonnal helyezze a mintavételi csövet a műszer belső centrifugájába méréshez.



Vigázat

1. A minták kezelése előtt vegyen fel megfelelő védőfelszerelést, például eldobható kesztyűt.
2. Óvatosan nyissa ki a kupakot, ügyelve arra, hogy ne szórja szét a mintavételi cső belső felületét bevonó kristályokat. Ez a véralvadástgátlóként használt lítium-heparin.
3. Ne használjon le nem zárt mintavételi csöveket. Ne használja a mintavételi csövet, ha a kupak vagy a centrifugacső sérült.
4. Tárolja sötét helyen, elkerülve a páratartalmat és a közvetlen napfényt.
5. A mintavételi cső nincs sterilizálva.
6. A mintavételi cső nem minták tárolására szolgál.
7. Ne használja ezt a mintavételi csövet a heparintól eltérő véralvadástgátlókat tartalmazó mintavételi csövekbe gyűjtött teljes vér mérésére.

Tárolás és stabilitás

Tárolja 2-30°C-on (36-86°F)

A mintavételi csövek a csomagoláson feltüntetett lejárati dátumig használhatók.

Biztosított anyagok

A következő tételek biztosítottak az alábbi mennyiségben.

- Centrifuge Tube (for SPOTCHEM EZ): 100 db
- 100 centrifugacső
- 100 kupak

Szükséges, de nem biztosított anyagok

A méréshez további fogyóeszközök is szükségesek. A részleteket lásd a műszer kezelői kézikönyvében.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Ha műszaki segítségre van szüksége, vegye fel a kapcsolatot az ARKRAY Europe, B.V. vállalattal
TEL: +31-20-545-24-50
FAX: +31-20-545-24-59

