

AUTION EYE Sheath Solution

Leia atentamente este folheto informativo da embalagem antes de utilizar.
Se teve ou poderia ter tido qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo, informe diretamente o fabricante ou o representante autorizado e a sua autoridade reguladora local.

Utilização prevista

A AUTION EYE Sheath Solution é uma solução da bainha para utilização com o AI-4510, cuja utilização se destina à análise quantitativa e semiquantitativa de diversos marcadores fisiológicos na urina. Destina-se exclusivamente à utilização para diagnóstico *in vitro* e uso profissional.

Metodologia

A AUTION EYE Sheath Solution é uma solução para regular o índice de refração e o nível de pH.

Composição

AUTION EYE Sheath Solution
Tampão e conservante

Avisos e precauções

1. Nunca a utilize no corpo humano.
2. O desempenho não pode ser garantido se for utilizada para fins ou em métodos diferentes dos especificados neste folheto informativo da embalagem.
3. Leia atentamente o manual de funcionamento do AI-4510 do instrumento dedicado antes de utilizar.

<Precauções de manuseamento>

1. Apenas para uso profissional.
2. Utilize sempre equipamento de proteção pessoal ao realizar trabalhos em ou com a AUTION EYE Sheath Solution. Evite contacto físico direto com o reagente. Pode causar irritação nos olhos, na pele e nas membranas mucosas.
3. Tenha cuidado para não salpicar a solução ao abrir.
4. Se inadvertidamente entrar em contacto com o reagente, enxague a pele imediatamente com água abundante.
5. Se a solução entrar em contacto com os olhos, enxague imediatamente com água abundante. Consulte um médico logo que possível.
6. Se tiver engolido a solução, procure aconselhamento médico imediatamente.

<Precauções de utilização>

1. Não utilize a AUTION EYE Sheath Solution após o prazo de validade.
2. A evaporação da humidade pode aumentar a concentração do reagente. Feche bem a tampa para o armazenamento. Um armazenamento incorreto pode deteriorar o desempenho específico.
3. Evite a entrada de micróbios ou pó após a abertura.
4. Utilize todo o reagente no recipiente. Não misture a solução com o reagente de outro recipiente, mesmo que tenham o mesmo número de lote.

Procedimento

1. Consulte o manual de funcionamento do AI-4510 para instruções sobre a análise de urina com a AUTION EYE Sheath Solution.
2. Elimine o recipiente depois de utilizar todo o reagente. Não reutilize o recipiente.

Armazenamento e estabilidade

1. Armazenamento
Não exponha à luz solar direta. Armazene o produto na caixa a temperaturas entre 2 e 35 °C. (Não congele.)
2. Prazo de validade
O prazo de validade está impresso na etiqueta da caixa.
3. Prazo de validade após a abertura
Utilize o reagente no espaço de 30 dias após a abertura.

Características de desempenho e limites do método

1. A AUTION EYE Sheath Solution destina-se apenas à utilização com instrumentos e reagentes específicos. Não a utilize com outros sistemas.
2. Não a utilize para fins que não a análise de amostras de acordo com as especificações do AI-4510.

Procedimento de eliminação

A AUTION EYE Sheath Solution não contém substâncias perigosas. Elimine o recipiente segundo as normas locais aplicáveis.

Informação do produto

Materiais fornecidos

AUTION EYE Sheath Solution
10 L/caixa

Materiais necessários mas não fornecidos

Consulte o manual de funcionamento do AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto para assistência técnica
(TEL: +31-20-545-24-50)