

AUTION EYE Sheath Solution

Lea atentamente este prospecto antes de utilizarlo.

Si ha tenido o puede haber tenido algún incidente grave relacionado con el dispositivo, notifíquelo directamente al fabricante o a través del representante autorizado y a su autoridad reguladora local.

Uso previsto

AUTION EYE Sheath Solution es una solución envolvente que debe ser utilizada con AI-4510 y que se desarrolló para la medición cuantitativa y semicuantitativa de varios marcadores fisiológicos en la orina. Solo para uso de diagnóstico *in vitro* y para uso profesional.

Metodología

AUTION EYE Sheath Solution es una solución que regula el índice de refracción y el nivel de pH.

Composición

AUTION EYE Sheath Solution
Tampón y conservante

Advertencias y precauciones

1. No la utilice nunca en el cuerpo humano.
2. No se pueden garantizar los resultados si se utiliza para fines o en métodos distintos a los especificados en este prospecto.
3. Antes de utilizarla, lea atentamente el manual de funcionamiento de AI-4510.

<Precauciones para la manipulación>

1. Solo para uso profesional.
2. Use siempre el equipo de protección personal cuando trabaje con AUTION EYE Sheath Solution. Evite el contacto corporal directo con el reactivo. Puede causar irritación de los ojos, la piel y las membranas mucosas.
3. Tenga cuidado de no salpicar la solución al abrirla.
4. Si entra en contacto con el reactivo de forma involuntaria, enjuague la piel inmediatamente con abundante agua.
5. Si la solución entra en el ojo, enjuague de inmediato con abundante agua. Consulte inmediatamente con un médico.
6. En caso de ingestión, acuda inmediatamente a un profesional médico.

<Precauciones de uso>

1. No utilice AUTION EYE Sheath Solution después de que haya pasado la fecha de vencimiento.
2. La evaporación de la humedad puede aumentar la concentración del reactivo. Selle bien la tapa para su almacenamiento. Un almacenamiento incorrecto puede disminuir el rendimiento específico.
3. Después de abrir la solución, evite la entrada de microbios o polvo.
4. Utilice el reactivo en el envase. No mezcle la solución con el reactivo de otro envase aunque tengan el mismo número de lote.

Procedimiento

1. Consulte el manual de funcionamiento de AI-4510 para obtener instrucciones para analizar la orina con AUTION EYE Sheath Solution.
2. Deseche el envase después de usar todo el reactivo. No reutilice el envase.

Almacenamiento y estabilidad

1. Almacenamiento
No exponga el producto a la luz solar directa. Almacene el producto en la caja a temperaturas entre 2 y 35 °C. (No congelar).
2. Fecha de vencimiento
La fecha de vencimiento está impresa en la etiqueta de la caja.
3. Período de validez después de la apertura
Una vez abierto, este reactivo debe utilizarse dentro de los 30 días.

Características de rendimiento y limitaciones del método

1. AUTION EYE Sheath Solution está indicada únicamente para su uso con un instrumento y con reactivos específicos. No la utilice con otros sistemas.
2. No la utilice para otros fines que no sean el análisis de muestras de acuerdo con las especificaciones de AI-4510.

Procedimiento de eliminación

AUTION EYE Sheath Solution no contiene ninguna sustancia de riesgo biológico. Deseche el envase de acuerdo con la normativa local aplicable.

Información del producto

Materiales suministrados

AUTION EYE Sheath Solution
10 L / caja

Materiales requeridos pero no suministrados

Consulte el manual de funcionamiento de AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Contacto de asistencia técnica
[TEL: +31-20-545-24-50]

