

AUTION EYE Sheath Solution

Прочетете внимателно тази листовка в опаковката преди употреба.
Ако сте имали или е възможно да сте имали някакъв сериозен инцидент, свързан с изделието, съобщете го директно на производителя или чрез упълномощения представител и на местния регулаторен орган.

Предназначение

AUTION EYE Sheath Solution е защитен разтвор за употреба с AI-4510, който е предназначен за количествено и полуколичествено измерване на няколко физиологични маркера в урината. Само за *in vitro* диагностична употреба и професионална употреба.

Методика

AUTION EYE Sheath Solution е разтвор за регулиране на рефракционния индекс и нивото на pH.

Състав

AUTION EYE Sheath Solution
Буфер и консервант

Предупреждения и предпазни мерки

- Никога не го използвайте за човешко тяло.
- Ефективността не може да бъде гарантирана, ако се използва за цели или по методи, различни от посочените в тази листовка в опаковката.
- Прочетете внимателно ръководството за експлоатация на AI-4510 на предназначения инструмент преди употреба.

<Предпазни мерки за работа>

- Само за професионална употреба.
- Винаги носете лични предпазни средства, когато работите по или с AUTION EYE Sheath Solution. Избягвайте директен контакт на тялото с реагента. Той може да причини дразнене на очите, кожата и лигавиците.
- Внимавайте да не разлеете разтвора при отваряне.
- Ако по невнимание попаднете в контакт с реагента, изплакнете незабавно кожата с много вода.
- Ако разтворът попадне в окото, изплакнете незабавно с много вода. Консултирайте се с лекар незабавно.
- Ако го погълнете, потърсете медицинска помощ незабавно.

<Предпазни мерки за употреба>

- Не използвайте AUTION EYE Sheath Solution след изтичане на срока на годност.
- Изпарението на влагата може да увеличи концентрацията на реагента. Затворете капачката плътно при съхранение. Неправилното съхранение може да проши специфичните характеристики.
- Избягвайте проникването на микроби или прах след отваряне.
- Изразходвайте реагента в контейнера. Не смесвайте разтвора с реагент от друг контейнер дори когато са с един и същ партиден номер.

Процедура

- Направете справка с ръководството за експлоатация на AI-4510 за инструкции за анализиране на урина с помощта на AUTION EYE Sheath Solution.
- Изхвърлете контейнера, след като използвате реагента. Не употребявайте повторно контейнера.

Съхранение и стабилност

- Съхранение
Не излагайте на пряка слънчева светлина. Съхранявайте продукта в кутията при температури между 2 и 35°C. (Да не се замразява.)
- Срок на годност
Срокът на годност е отпечатан върху етикета на кутията.
- Период на валидност след отваряне
Използвайте реагента в рамките на 30 дни след отваряне.

Функционални характеристики и ограничения на метода

- AUTION EYE Sheath Solution е предназначен единствено за използване със специфични инструменти и реагенти. Не използвайте с други системи.
- Не използвайте за цели, различни от анализ на материали за изследване в съответствие със спецификациите на AI-4510.

Процедура за изхвърляне

AUTION EYE Sheath Solution не съдържа никакви биологично опасни вещества. Изхвърлете контейнера в съответствие с приложимите местни разпоредби.

Информация за продукта

Предоставени материали

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/кутия

Необходими, но непредоставени материали

Направете справка с ръководството за експлоатация на AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Свържете се за техническо съдействие
(TEL: +31-20-545-24-50)