

AUTION EYE Sheath Solution

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovaj umetak u pakiranju.
Ako ste imali ili ste mogli imati bilo kakav ozbiljan incident povezan s uređajem, prijavite ga izravno proizvođaču ili putem ovlaštenog zastupnika i lokalnom regulatornom tijelu.

Namjena

AUTION EYE Sheath Solution je otopina za kivetu koja se koristi uz AI-4510, a namijenjena je za kvantitativno i polukvantitativno mjerenje nekoliko fizioloških markera u urinu. Namijenjena je samo za dijagnostiku *in vitro* i profesionalnu primjenu.

Metodologija

AUTION EYE Sheath Solution je otopina za reguliranje refraktivnog indeksa i pH razine.

Sastav

AUTION EYE Sheath Solution
Pufer i konzervans

Upozorenja i mjere opreza

1. Nikad ne upotrebljavajte na ljudskom tijelu.
2. Učinak se ne može zajamčiti ako se upotrebljava u druge svrhe ili na načine koji nisu navedeni u ovom umetku pakiranja.
3. Prije upotrebe pažljivo pročitajte priručnik za rad s AI-4510 za određeni instrument.

<Mjere opreza prilikom rukovanja>

1. Samo za profesionalnu upotrebu.
2. Uvijek nosite osobnu zaštitnu opremu kada radite na otopini AUTION EYE Sheath Solution ili sa njom. Izbjegavajte izravan tjelesni kontakt s reagensom. Može prouzročiti iritaciju očiju, kože i sluznica.
3. Pazite da otopina ne prska pri otvaranju.
4. Ako nehotice dođete u kontakt s reagensom, odmah isperite kožu s puno vode.
5. Ako vam otopina dospije u oči, odmah ih isperite s obilnom količinom vode. Odmah se obratite liječniku.
6. Ako se proguta, odmah potražite savjet liječnika.

<Mjere opreza prilikom upotrebe>

1. Ne upotrebljavajte AUTION EYE Sheath Solution nakon što je prošao datum isteka.
2. Isparavanje vlage može povećati koncentraciju reagensa. Dobro zatvorite poklopac prilikom skladištenja. Nepravilno skladištenje može pogoršati specifičnu učinkovitost.
3. Izbjegavajte prodiranje mikroba ili prašine nakon otvaranja.
4. Potrošite reagens u spremniku. Otopinu nemojte miješati s reagensom iz drugog spremnika, čak i ako imaju isti broj serije.

Postupak

1. U priručniku za rad s AI-4510 potražite upute za analizu urina koristeći AUTION EYE Sheath Solution.
2. Nakon što iskoristite reagens, odbacite spremnik. Spremnik ne ponovno upotrebljavati.

Skladištenje i stabilnost

1. Skladištenje
Nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti. Proizvod skladištite u kutiji pri temperaturi između 2 i 35 °C. (Nemojte zamrzavati.)
2. Datum isteka
Datum isteka otisnut je na naljepnici na kutiji.
3. Razdoblje valjanosti nakon otvaranja
Koristite reagens ne dulje od 30 dana nakon otvaranja.

Svojstva učinkovitosti i ograničenja metode

1. AUTION EYE Sheath Solution namijenjena je isključivo za upotrebu s određenim instrumentom i reagensima. Nemojte upotrebljavati s drugim sustavima.
2. Nemojte upotrebljavati u druge svrhe osim analize uzoraka, sukladno specifikacijama za AI-4510.

Postupak zbrinjavanja

AUTION EYE Sheath Solution ne sadržava nikakve biološki opasne stvari. Zbrinite spremnik u skladu s važećim lokalnim propisima.

Informacije o proizvodu

Osigurani materijali

AUTION EYE Sheath Solution
10 L / kutiji

Potrebni materijali, ali nisu osigurani

Pogledajte priručnik za rad s AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontaktirajte tehničku podršku
[TEL: +31-20-545-24-50]

