

AUTION EYE Sheath Solution

Înainte de utilizare, citiți cu atenție prospectul însoțitor.

Dacă a avut loc sau este posibil să fi avut loc un incident grav legat de dispozitiv, raportați direct acest lucru producătorului sau prin intermediul reprezentantului autorizat și autorității locale de reglementare.

Utilizarea prevăzută

AUTION EYE Sheath Solution este o soluție de acoperire destinată utilizării cu AI-4510, care are drept scop măsurarea cantitativă și semi-cantitativă a unor markeri fiziologici ai urinei. A se utiliza exclusiv pentru diagnostic *in vitro* și în scop profesional.

Metodologie

AUTION EYE Sheath Solution este o soluție pentru reglarea indicelui de refracție și nivelului pH-ului.

Compoziție

AUTION EYE Sheath Solution
Soluție-tampon și conservant

Avertismente și precauții

1. A nu se utiliza niciodată pe corpul uman.
2. Performanța nu poate fi garantată în cazul utilizării în alte scopuri sau prin alte metode decât cele specificate în acest prospect însoțitor.
3. Înainte de utilizare, citiți cu atenție manualul de utilizare a AI-4510 pentru instrumentul dedicat.

<Precauții privind manipularea>

1. Numai pentru uz profesional.
2. Purtați întotdeauna echipament personal de protecție atunci când lucrați la sau cu AUTION EYE Sheath Solution. Evitați contactul direct al reactivului cu corpul. Acesta poate provoca iritații ale ochilor, pielii și membranelor mucoase.
3. La deschidere, aveți grijă să nu împrăștiți soluția.
4. În cazul contactului accidental cu reactivul, clătiți imediat pielea cu apă din abundență.
5. În cazul contactului soluției cu ochii, clătiți imediat cu apă din abundență. Consultați imediat un medic.
6. În cazul înghițirii, solicitați imediat asistență medicală.

<Precauții de utilizare>

1. Nu utilizați AUTION EYE Sheath Solution după depășirea datei de expirare.
2. Evaporarea umidității poate crește concentrația de reactiv. Sigilați bine capacul în vederea depozitării. Depozitarea incorectă ar putea reduce performanța specifică.
3. Evitați pătrunderea microbilor sau prafului după deschidere.
4. Utilizați complet reactivul din recipient. Nu amestecați soluția cu reactivul din alt recipient chiar dacă au același număr de lot.

Procedura

1. Consultați manualul de utilizare a AI-4510 pentru instrucțiuni privind analizarea urinei folosind AUTION EYE Sheath Solution.
2. Eliminați recipientul după epuizarea reactivului. A nu se reutiliza recipientul.

Depozitarea și stabilitatea

1. Depozitarea
A nu se expune la lumina directă a soarelui. Depozitați produsul în cutie, la temperaturi cuprinse între 2 și 35 °C. (A nu se congela.)
2. Data de expirare
Data de expirare este tipărită pe eticheta de pe cutie.
3. Perioada de valabilitate după deschidere
Utilizați reactivul în decurs de 30 de zile de la deschiderea recipientului.

Caracteristicile de performanță și limitările metodei

1. AUTION EYE Sheath Solution este destinat exclusiv utilizării cu instrumentul și reactivii specifici. A nu se utiliza cu alte sisteme.
2. A nu se utiliza în alte scopuri decât pentru analiza specimenelor în conformitate cu specificațiile aferente AI-4510.

Procedura de eliminare

AUTION EYE Sheath Solution nu conține substanțe periculoase din punct de vedere biologic. A se elimina recipientul în conformitate cu reglementările locale aplicabile.

Informații despre produs

Materiale furnizate

AUTION EYE Sheath Solution
10 l / cutie

Materiale necesare, dar nefurnizate

Consultați manualul de utilizare a AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Date de contact pentru asistență tehnică
[TEL: +31-20-545-24-50]