

AUTION EYE Sheath Solution

Pred použitím si pozorne prečítajte túto písomnú informáciu.

Ak došlo alebo mohlo dôjsť k vážnej nehode súvisiacej s touto pomôckou, nahláste to priamo alebo prostredníctvom autorizovaného zástupcu výrobcovi a miestnemu regulačnému úradu.

Určený účel

AUTION EYE Sheath Solution je ochranný roztok na použitie s prístrojom AI-4510, ktorý je určený na kvantitatívne a semikvantitatívne meranie niekoľkých fyziologických markerov v moči. Len na diagnostické a profesionálne použitie *in vitro*.

Metodológia

Ochranný roztok AUTION EYE Sheath Solution je roztok na regulovanie indexu lomu a úrovne pH.

Zloženie

AUTION EYE Sheath Solution
Tlmivý roztok a konzervačná látka

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

1. Roztok nikdy nepoužívajte na ľudskom tele.
2. Ak sa roztok používa na iné účely alebo inými spôsobmi, než sú uvedené v tejto písomnej informácii, nie je možné zaručiť jeho účinnosť.
3. Pred použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu určeného prístroja k prístroju AI-4510.

<Bezpečnostné opatrenia pri manipulácii>

1. Len na profesionálne používanie.
2. Pri vykonávaní práce s ochranným roztokom AUTION EYE Sheath Solution vždy používajte osobné ochranné prostriedky. Zabráňte priamemu telesnému kontaktu s čínidlom. Môže spôsobiť podráždenie očí, kože a slizníc.
3. Dávajte pozor, aby roztok nevyšlechol pri otváraní.
4. Ak sa neúmyselne dostanete do kontaktu s čínidlom, okamžite opláchnite kožu množstvom vody.
5. Ak roztok zasiahne oči, ihneď ich vypláchnite množstvom vody. Okamžite vyhľadajte pomoc lekára.
6. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

<Bezpečnostné opatrenia pri používaní>

1. Ochranný roztok AUTION EYE Sheath Solution nepoužívajte po uplynutí dátumu expirácie.
2. Koncentrácia činidla sa môže zvýšiť z dôvodu odparovania vlhkosti. Pri uskladnení bezpečne zatvorte uzáver. Nesprávne uskladnenie môže zhoršiť konkrétnu účinnosť.
3. Po otvorení zabráňte vniknutiu mikróbov alebo prachu.
4. Použite všetko činidlo v nádobe. Roztok nemiešajte s čínidlom z inej nádoby ani v prípade, že majú rovnaké číslo šarže.

Postup

1. Prečítajte si pokyny na analýzu moču pomocou ochranného roztoku AUTION EYE Sheath Solution v návode na obsluhu prístroja AI-4510.
2. Po spotrebovaní činidla nádobu zlikvidujte. Nádoba na jednorazové použitie.

Uskladnenie a stabilita

1. Uskladnenie
Nevystavujte priamemu slnečnému svetlu. Výrobok skladujte v škatuli pri teplote od 2 °C do 35 °C. (Chráňte pred mrazom.)
2. Dátum expirácie
Dátum expirácie je vytlačený na označení škatule.
3. Obdobie použiteľnosti po otvorení
Činidlo použite do 30 dní od otvorenia.

Charakteristiky účinnosti a obmedzenia metódy

1. Ochranný roztok AUTION EYE Sheath Solution je určený výlučne na použitie s konkrétnym prístrojom a čínidlami. Nepoužívajte s inými systémami.
2. Nepoužívajte na iné účely než na analýzu vzoriek v súlade so špecifikáciami prístroja AI-4510.

Postup likvidácie

Ochranný roztok AUTION EYE Sheath Solution neobsahuje žiadne biologicky nebezpečné látky. Nádobu zlikvidujte v súlade s platnými vnútroštátnymi nariadeniami.

Informácie o výrobku

Dodané materiály

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/škatuľa

Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou dodávky

Prečítajte si návod na obsluhu prístroja AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt na technickú podporu
[TEL: +31-20-545-24-50]

