

AUTION EYE Sheath Solution

Læs denne indlægsseddel grundigt før brug.
Hvis du har haft eller kunne have haft alvorlige hændelser i forbindelse med enheden, bedes du indberette det direkte til producenten eller gennem den autoriserede repræsentant og til din lokale tilsynsmyndighed.

Tilsigtet anvendelse

AUTION EYE Sheath Solution er en membranopløsning til brug med AI-4510, som er beregnet til kvantitativ og semikvantitativ måling af flere fysiologiske markører i urin. Til *in vitro*-diagnostisk brug og kun beregnet til professionel brug.

Metode

AUTION EYE Sheath Solution er en opløsning til regulering af brydningsindeks og pH-niveau.

Sammensætning

AUTION EYE Sheath Solution
Buffer og konserveringsmiddel

Advarsler og forholdsregler

- Den må aldrig anvendes på mennesker.
- Ydeevnen kan ikke garanteres, hvis den bruges til andre formål eller i andre metoder end dem, der er angivet i denne indlægsseddel.
- Læs AI-4510-betjeningsmanualen til det pågældende instrument grundigt før brug.

<Forholdsregler ved håndtering>

- Kun til professionel brug.
- Brug altid personlige værnemidler, når du udfører arbejde på eller med AUTION EYE Sheath Solution. Undgå direkte kropskontakt med reagenset. Det kan forårsage irritation af øjne, hud og slimhinder.
- Pas på, at opløsningen ikke sprøjter, når den åbnes.
- Hvis du ved et uheld kommer i kontakt med reagenset, skal du straks skylle huden med rigelige mængder vand.
- Hvis du får opløsningen i øjet, skal du straks skylle med rigelige mængder vand. Kontakt straks en læge.
- Søg straks lægehjælp ved indtagelse.

<Forholdsregler ved brug>

- AUTION EYE Sheath Solution må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
- Fordampning af fugt kan øge reagenskoncentrationen. Luk hæften forsvarligt før opbevaring. Forkert opbevaring kan forringe den specifikke ydeevne.
- Undgå indtrængen af mikrober eller støv efter åbning.
- Opbrug reagenset i beholderen. Opløsningen må ikke blandes med reagenset fra en anden beholder, heller ikke hvis de har samme lotnummer.

Procedure

- Se betjeningsmanualen til AI-4510 for anvisninger vedrørende urinalyse med AUTION EYE Sheath Solution.
- Bortskaf beholderen, når reagenset er brugt. Beholderen må ikke genbruges.

Opbevaring og stabilitet

- Opbevaring
Skal beskyttes mod direkte sollys. Opbevar produktet i æsken ved temperaturer på 2-35 °C. (Må ikke nedfryses).
- Udløbsdato
Udløbsdatoen er trykt på æskens etiket.
- Gyldighedsperiode efter åbning
Brug reagenset senest 30 dage efter åbning.

Metodens ydelsesegenskaber og begrænsninger

- AUTION EYE Sheath Solution er udelukkende beregnet til brug med et bestemt instrument og bestemte reagenser. Må ikke anvendes sammen med andre systemer.
- Må ikke anvendes til andre formål end analyse af prøver i overensstemmelse med specifikationer i AI-4510.

Bortskaffelsesprocedure

AUTION EYE Sheath Solution indeholder ingen biologisk farlige stoffer. Bortskaf beholderen i overensstemmelse med gældende lokale bestemmelser.

Produktinformation

Leverede materialer

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/æske

Nødvendige materialer, der ikke medfølger

Se betjeningsmanualen til AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt vedr. teknisk assistance
[TEL: +31-20-545-24-50]