

AUTION EYE Sheath Solution

Pirms izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jums ir bijis vai varējis būt nopietns negadījums saistībā ar šo ierīci, lūdzu, ziņojiet par to tieši ražotājam vai ar pilnvarotā pārstāvja starpniecību un vietējai regulatīvajai iestādei.

Paredzētais lietojums

AUTION EYE Sheath Solution ir apvalka šķīdums, kas lietojams kopā ar AI-4510 un kas paredzēts vairāku fizioloģisko marķieru kvantitatīvai un daļēji kvantitatīvai mērīšanai urīnā. Tikai profesionālai lietošanai *in vitro* diagnostikā.

Metodika

AUTION EYE Sheath Solution ir šķīdums refrakcijas koeficienta un pH līmeņa regulēšanai.

Sastāvs

AUTION EYE Sheath Solution
Buferis un konservants

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

1. Nekad nelietojiet to uz cilvēka ķermeņa.
2. Veikspēju nevar garantēt, ja to izmanto šajā lietošanas instrukcijā nenorādītiem mērķiem vai metodēm.
3. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet īpašā instrumenta AI-4510 ekspluatācijas rokasgrāmatu.

<Piesardzība lietot>

1. Tikai profesionālai lietošanai.
2. Strādājot ar AUTION EYE Sheath Solution, vienmēr lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Izvairieties no tiešas ķermeņa saskares ar reaģentu. Tas var izraisīt acu, ādas un gļotādu kairinājumu.
3. Atverot uzmanieties, lai šķīdums neizšļakstītos.
4. Ja esat nejauši saskāries ar reaģentu, nekavējoties noskalojiet ādu ar lielu daudzumu ūdens.
5. Ja šķīdums nokļūst acīs, nekavējoties skalojiet tās ar lielu daudzumu ūdens. Nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
6. Norīšanas gadījumā nepieciešama tūlītēja medicīniska palīdzība.

<Piesardzība lietot>

1. Nelietojiet AUTION EYE Sheath Solution pēc derīguma termiņa beigām.
2. Mitruma iztvaikošana var palielināt reaģenta koncentrāciju. Pirms uzglabāšanas cieši noslēdziet vāciņu. Nepareiza uzglabāšana var pasliktināt specifisko veikspēju.
3. Pēc atvēršanas izvairieties no mikrobu vai putekļu ieķīļošanas.
4. Izmantojiet reaģentu traukā. Nemaisiet šķīdumu ar reaģentu no cita trauka, pat ja tiem ir vienāds partijas numurs.

Procedūra

1. Norādījumus par urīna analīžu veikšanu ar AUTION EYE Sheath Solution skatiet AI-4510 ekspluatācijas rokasgrāmatā.
2. Pēc reaģenta izlietošanas izmetiet tvertni. Nelietojiet tvertni atkārtoti.

Uzglabāšana un stabilitāte

1. Uzglabāšana
Nepakļaujiet tiešu saules staru ietekmei. Uzglabājiet izstrādājumu kastē temperatūrā no 2 līdz 35 °C. (Nesasaldējiet).
2. Derīguma termiņš
Derīguma termiņš ir norādīts uz kastes etiķetes.
3. Derīguma termiņš pēc atvēršanas
Izlietojiet reaģentu 30 dienu laikā pēc atvēršanas.

Veikspējas raksturlielumi un metodes ierobežojumi

1. AUTION EYE Sheath Solution ir paredzēts tikai lietošanai kopā ar noteiktu instrumentu un reģentiem. Nelietojiet kopā ar citām sistēmām.
2. Neizmantojiet mērķiem, kas nav paraugu analīze atbilstoši AI-4510 specifikācijām.

Likvidēšanas procedūra

AUTION EYE Sheath Solution nesatur bioloģiski bīstamas vielas. Iznīciniet tvertni saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem noteikumiem.

Informācija par izstrādājumu

Nodrošinātie materiāli

AUTION EYE Sheath Solution
10 l/iepakojumā

Nepieciešamie materiāli, kas nav nodrošināti

Skatiet AUTION EYE AI-4510 ekspluatācijas rokasgrāmatu.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontaktinformācija tehniskās palīdzības saņemšanai
[TEL: +31-20-545-24-50]

