

AUTION EYE Sheath Solution

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį pakuotės lapelį.
Jei patyrėte arba galėjote patirti su prietaisu susijusį rimtą incidentą, praneškite apie tai tiesiogiai gamintojui arba per įgaliotąjį atstovą ir vietos reguliavimo institucijai.

Paskirtis

AUTION EYE Sheath Solution yra apvalkalo tirpalas, skirtas naudoti su AI-4510, kuris skirtas kiekybiškai ir pusiau kiekybiškai matuoti keletą fiziologinių žymenų šlapime. Skirta tik *in vitro* diagnostikai ir profesionaliam naudojimui.

Metodika

AUTION EYE Sheath Solution yra tirpalas lūžio rodikliui ir pH lygiui reguliuoti.

Sudėtis

AUTION EYE Sheath Solution
Buferinis tirpalas ir konservantas

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

1. Niekada nenaudokite ant žmogaus kūno.
2. Preparato savybės nėra garantuojamos, jei jis naudojamas tokiems tikslams arba tokiais metodais, kurie nėra nurodyti šiame pakuotės lapelyje.
3. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite specialaus instrumento AI-4510 naudojimo instrukciją.

<Atsargumo priemonės atliekant veiksmus su preparatu>

1. Skirtas tik profesionaliems naudotojams.
2. Atlikdami veiksmus arba dirbdami su AUTION EYE Sheath Solution visada dėvėkite asmenines apsaugos priemones. Venkite tiesioginio fizinio sąlyčio su reagentu. Jis gali sudirginti akis, odą ir gleivinę.
3. Atsargiai atidarykite, kad tirpalas neištikėtų.
4. Jei reagento netyčia pateko ant odos, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
5. Jei tirpalo pateko į akis, iš karto praplaukite jas dideliu kiekiu vandens. Skubiai kreipkitės į gydytoją.
6. Prariję nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos.

<Atsargumo priemonės naudojant>

1. Nenaudokite AUTION EYE Sheath Solution pasibaigus tinkamumo laikui.
2. Drėgmei išgaravus, reagento koncentracija gali padidėti. Padėdami laikyti ilgesniam laikui patikimai užsandarinkite dangtelį. Netinkamai laikant, specifinės savybės gali pablogėti.
3. Stenkitės, kad atidarius nepatektų mikrobus ar dulkių.
4. Sunaudokite visą talpyklėje esantį reagentą. Nemaišykite tirpalo su reagentu iš kitos talpyklės, net jei jų partijos numeriai yra tokie patys.

Procedūra

1. Instrukcijų, kaip analizuoti šlapimą naudojant AUTION EYE Sheath Solution, ieškokite AI-4510 naudojimo vadove.
2. Panaudoję reagentą, išmeskite talpyklę. Nenaudokite talpyklės pakartotinai.

Laikymas ir stabilumas

1. Laikymas
Laikykite ten, kur nesiekia tiesioginiai saulės spinduliai. Preparatą laikykite dėžutėje 2–35 °C temperatūroje. (Neužšaldykite.)
2. Galiojimo terminas
Galiojimo terminas yra atspausdintas ant dėžutės etiketės.
3. Tinkamumo laikotarpis po atidarymo
Reagentą sunaudokite per 30 dienų nuo atidarymo.

Metodo veiksmingumo charakteristikos ir apribojimai

1. AUTION EYE Sheath Solution yra skirtas naudoti tik su konkrečiu prietaisu ir reagentais. Nenaudokite su kitomis sistemomis.
2. Nenaudokite kitiems tikslams, išskyrus mėginių analizę pagal AI-4510 specifikacijas.

Šalinimo procedūra

AUTION EYE Sheath Solution sudėtyje nėra jokių biologiškai pavojingų medžiagų. Talpyklę šalinkite laikydamiesi taikomų vietos taisyklių.

Informacija apie preparatą

Reikmenys pateikti

AUTION EYE Sheath Solution
10 l dėžutėje

Reikmenys reikalaujami, bet nepateikti

Pasitiksinti AUTION EYE AI-4510 naudojimo vadove.



ARKRAY Factory, Inc.

1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi

Shiga 520-3306, JAPAN

https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.

Prof. J.H. Bavincklaan 2

1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS

Kreiptis dėl techninės pagalbos

[TEL: +31-20-545-24-50]

Išleista: 2022.01.06