

AUTION EYE Sheath Solution

Läs igenom produktbladet noga före användning.
Om du har varit med om eller hade kunnat vara med om ett allvarligt tillbud i samband med enheten ska du rapportera det direkt till tillverkaren eller till den auktoriserade representanten och den lokala tillsynsmyndigheten.

Avsedd användning

AUTION EYE Sheath Solution är en "sheath"-lösning avsedd att användas med AI-4510, som används för kvantitativ och semi-kvantitativ bestämning av flera fysiologiska markörer i urin. Endast för *in vitro*-diagnostisk användning och yrkesmässigt bruk.

Metodologi

AUTION EYE Sheath Solution är en lösning för reglering av brytningsindex och pH-nivå.

Sammansättning

AUTION EYE Sheath Solution
Buffert och konserveringsmedel

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Använd den aldrig på en människokropp.
 - Om den används för andra ändamål eller på andra sätt än de som anges i detta produktblad kan prestandan inte garanteras.
 - Läs noga bruksanvisningen för AI-4510 för det specifika instrumentet innan användning.
- <Försiktighetsåtgärder vid hantering>**
- Endast för professionellt bruk.
 - Använd alltid personlig skyddsutrustning när du arbetar på eller med AUTION EYE Sheath Solution. Undvik direkt kroppskontakt med reagenset. Det kan orsaka irritation i ögon, hud och slemhinnor.
 - Var försiktig så att lösningen inte stänker när du öppnar den.
 - Om reagenset skulle råka komma i kontakt med huden ska du omedelbart skölja huden med rikligt med vatten.
 - Skölj omedelbart med rikligt med vatten om du får lösning i ögonen. Kontakta omedelbart läkare.
 - Sök omedelbart medicinsk hjälp vid förtäring.
- <Försiktighetsåtgärder vid användning>**
- Använd inte AUTION EYE Sheath Solution efter att utgångsdatumet har passerat.
 - Avdunstning kan öka reagensets koncentration. Försegla locket ordentligt inför förvaring. Felaktig förvaring kan försämra den specifika prestandan.
 - Undvik att mikrober eller damm kommer in efter öppning.
 - Förbruka reagenset i behållaren. Blanda inte lösningen med reagens från en annan behållare, även om de har samma lotnummer.

Tillvägagångssätt

- Se användarhandboken för AI-4510 för instruktioner om hur AUTION EYE Sheath Solution används för att utföra urinalys.
- Kassera behållaren när reagenset är slut. Behållaren får inte återanvändas.

Förvaring och stabilitet

- Förvaring
Får ej utsättas för direkt solljus. Förvara produkten i dess kartong, vid temperaturer mellan 2 och 35 °C. (Får ej frysas.)
- Utgångsdatum
Utgångsdatumet står på kartongens etikett.
- Giltighetsperiod efter öppning
Använd reagenset inom 30 dagar efter att den öppnats.

Metodens prestandaegenskaper och begränsningar

- AUTION EYE Sheath Solution är endast avsedd att användas med specifika instrument och reagenser. Får ej användas med andra system.
- Får ej användas för andra ändamål än provanalys i enlighet med specifikationerna för AI-4510.

Avfallshantering

AUTION EYE Sheath Solution innehåller inga ämnen som utgör en biologisk risk. Kassera behållaren enligt tillämpliga lokala föreskrifter.

Produktinformation

Material som medföljer

AUTION EYE Sheath Solution
10 L/kartong

Material som behövs men som inte medföljer

Se användarhandboken för AUTION EYE AI-4510.



ARKRAY Factory, Inc.
1480 Koji, Konan-cho, Koka-shi
Shiga 520-3306, JAPAN
https://www.arkray.co.jp/script/mailform/afc-contact_eng



ARKRAY Europe, B.V.
Prof. J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen, THE NETHERLANDS
Kontakt för teknisk hjälp
[TEL: +31-20-545-24-50]